Tjänsteställe, handläggare, telefon
Medicinsk teknik. Björn Löfqvist 0480-81414

Datum
2014-08-28

Ref.nr

Minnesanteckningar LFMT-sydostmöte

Datum: 2014-08-28
Plats: MTA Kalmar

Kallade

	När-varande	Från-varande
Björn Löfqvist (Kalmar)	☒	☐
Qusai Anani (Eksjö)	☒	☐
Christer Höglund (Västervik)	☒	☐
Håkan Gustafsson (Norrköping)	☒	☐
Jan Fahlgren (Östergötland)	☒	☐
Peter Nyqvist (Värnamo)	☒	☐
Claes Otterborg (Jönköping)	☒	☐
Kent Tergeland (Motala)	☐	☒
Regina Rosander (Linköping)	☐	☒

1- Sammanträdet öppnas.

2- Föregående protokoll

Inga synpunkter på förekommande protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

3- Ämnen som skall tas med vid Lfmt:s årsmöte i september (Landet runt).

Beslut: Qusai behöver några rader snarast från var och en om det som hänt i regionen.

4- Sammanslagning eller ökat sammarbete mellan IT och MT inom LiÖ. Jan Fahlgren

MT och IT har ett uppdrag att utreda för och nackdelar med en sammanslagning. En utredning har skett under våren. Utredningen förordade en sammanslagning.
Landstingsledningen tvekar och har tillsatt en grupp som genomfört en konsekvensanalys.
I dagsläget är utfallet inte klart. Det ska bli spännande att följa utfallet och effekterna av detta.

Det finns starka farhågor från flera MTC i regionen att en sammanslagning mellan MT och IT skulle försämra MT-verksamheten radikalt.

5- Status i ”ägande av MTU projektet”. Jan Fahlgren

Projektet avslutas i december. Tre produkter, deffar, EKG och vårdsängar, är utvalda som modeller för hur de ekonomiska modellerna ska se ut.

Länssjukhuset i Kalmar
Medicinsk teknik
Björn Löfqvist
391 85 Kalmar
Telefon:
0480-81000 vx
0480-81414 dir
0480-84948 fax
070-368 50 53 mobil

CERTIFIERAT ISO 9001 ISO 13485 SEMKO CERTIFICATION

6- Reidar

Som vanligt är rapporteringsfrekvensen låg.
- Mobil rtg som skenat. Inget fel kunde upptäckas. Hände igen efter två veckor. Efter byte av styrkort har det fungerat.

- Medidyne-systemet har problem med sändning av EKG-till sjukhusen och överföring av EKG från Medgate (insamling av Ambulans-EKG) till databasen Muse.
- RF ablation av levertumörer har inte fungerat pga tunn patient och ”diatermiteknik”. Modernare teknik använder mikrovågor där den här typen av problem inte förekommer.

7- Bemanning

Det pågår rekryteringar lite här och där. Lönesättningen är ett bekymmer i och med att vår lönestege är så liten.

8- **Övriga frågor.**
Motionen.
Motionen har inte skickats ut eftersom styrelsen inte uppfattat att det är en motion eftersom det stod ”förslag” i titeln.

Beslut: Qusai skickar in motionen igen men då utan ordet ”förslag” i titeln.

Hemsidan
Björn lyfte frågan om vad hemsidan egentligen skulle användas till och varför så många inloggningar krävs. Mötet nådde konsensus i att hemsidan ska vara ett verktyg för att sprida information mellan landets MTC. En nivå på inloggning kan vara nödvändig men mötet ansåg att de dokument som läggs ut på hemsidan skall vara åtkomliga för alla MTC utan ny inloggning.

Om hemsidan ska användas som ett dokumenthanteringssystem där arbetsdokument förvaras är det bättre att ett speciellt dokument- och projekthanteringssystem införskaffas.

Frågan om hemsidan kommer att lyftas under MTC-konferensen.

9- Nästa möte

Beslut: Norrköping. 2015-03-05 kl 10 00 – 15 00.